

## ANEXO VIII: OFERTA TÉCNICA

**Expediente 32/2022: Suministro e instalación de un ecógrafo para la Delegación de Málaga de la Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115.**

DON/DOÑA \_\_\_\_\_,  
con D.N.I. nº \_\_\_\_\_, y domicilio en \_\_\_\_\_, c/  
\_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_, actuando en su propio nombre y derecho, o  
en representación de la empresa \_\_\_\_\_, con C.I.F.  
\_\_\_\_\_ a la cual represento en calidad de  
\_\_\_\_\_.

**PRIMERO:** Que enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación del suministro e instalación de un ecógrafo para la Delegación de Málaga de la Mutua de Andalucía y de Ceuta, Expediente 32/2022, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción al pliego de condiciones particulares y al de prescripciones técnicas que los definen, y propone la **SIGUIENTE OFERTA:**

Señalar con un  la oferta presentada

### **1. Ampliación de los años de garantía sobre el mínimo establecido en el punto 6 del PPT (3 años)**

- No se oferta:** ampliación de los años de garantía establecidos en el punto 6 del PPT.
- Se oferta:** un año de garantía adicional a los años de garantía establecidos en el punto 6 del PPT.
- Se oferta:** dos años de garantía adicionales a los años de garantía establecidos en el punto 6 del PPT.
- Se oferta:** tres años de garantía adicionales a los años de garantía establecidos en el punto 6 del PPT.

## 2. Incorporación de sonda

- El equipo ofertado ofrece** la posibilidad de incorporar al equipo ofertado, una sonda lineal con cuatro botones.
- El equipo ofertado NO ofrece** la posibilidad de incorporar al equipo ofertado, una sonda lineal con cuatro botones.

## 3. Alta resolución.

- El equipo ofertado ofrece** la posibilidad de incorporación en el equipo ofertado de un puerto sin pines para sonda de muy alta resolución.
- El equipo ofertado NO ofrece** la posibilidad de incorporación en el equipo ofertado de un puerto sin pines para sonda de muy alta resolución.

## 4. Imagen ecográfica

- El equipo ofertado ofrece** la posibilidad de recoger la imagen ecográfica tanto en la pantalla táctil como en el monitor.
- El equipo ofertado NO ofrece** la posibilidad de recoger la imagen ecográfica tanto en la pantalla táctil como en el monitor.

## 5. Software

- El equipo ofertado incorpora** software de cuantificación de Doppler Color y PDI.
- El equipo ofertado NO incorpora** software de cuantificación de Doppler Color y PDI.

## 6. Rango dinámico

- El equipo ofertado incorpora** un mayor rango dinámico al establecido en el punto 2 del PPT.
- El equipo ofertado NO incorpora** un mayor rango dinámico al establecido en el punto 2 del PPT.



## 7. Accesorios

**El equipo ofertado incluye** transductor sectorial, a coste cero, con Rango frecuencias mínimo: 2 MHz - 4 MHz, Profundidad de exploración máxima  $\geq$  30 cm, Campo de visión: 16° - 90°.

**El equipo ofertado NO incluye** transductor sectorial, a coste cero, con Rango frecuencias mínimo: 2 MHz - 4 MHz, Profundidad de exploración máxima  $\geq$  30 cm, Campo de visión: 16° - 90°.

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_