

## RECTIFICACIÓN PPT EXPEDIENTE Nº 32/2022

Mediante el presente documento, se certifica la rectificación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas del expediente 32/2022 para el Suministro e instalación de un ecógrafo para la Delegación de Málaga de la Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115.

Se procede a la **modificación del punto número 2** del Pliego de prescripciones técnicas consistente en:

Se elimina:

- Rango de sondas con frecuencias de 1 a 22 Mhz./Rango de Trabajo de 2 a 22 Mhz

Y se incorpora lo siguiente:

- Una Sonda lineal multifrecuencia. De 4 a 15 Mhz.
- Una Sonda lineal stick multifrecuencia de 5 a 18 Mhz.

Ceuta, 27 de Octubre de 2022.

Servicio de Contratación

D./D<sup>a</sup> Sergio González Roca