

RECTIFICACIÓN EXPEDIENTE Nº CG-2025 5101 0221

Se procede a la rectificación del Pliego de Prescripciones técnicas del expediente CG-2025 5101 0221 para la contratación del suministro, instalación, configuración, puesta en marcha, servicio técnico posterior de los equipos para sala de rayos X, del centro asistencial de MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA (CESMA) en Estepona.

Índice de rectificaciones:

- Página Nº 4 del Pliego de prescripciones técnicas, apartado *b) Bucky Pared posibilidad de giro*, en la referencia sexta dentro de este apartado, se cambia la redacción del mismo, quedando de la siguiente manera:
 - **Dimensiones Bucky pared que contiene parrilla antidifusora, altura min 2100mm, ancho min 600mm, largo min 340 mm.**

- Página Nº 4 del Pliego de prescripciones técnicas, apartado *b) Bucky Pared posibilidad de giro*, en la referencia décima dentro de este apartado, se cambia la redacción del mismo, quedando de la siguiente manera:
 - **Carga de los chasis se puede efectuar desde cualquiera de los dos lados o de uno solo siempre y cuando el lado de extracción permita sacarlo con facilidad según la configuración de la sala.**

- Página Nº 7 del Pliego de prescripciones técnicas, apartado *g) Detectores*, en la referencia primera dentro de este apartado, se cambia la redacción del mismo, quedando de la siguiente manera:
 - **Un detector Fijo o móvil en Bucky vertical y otro móvil en mesa, de Silicio Amorfo con Centelleador de CsI (Yoduro de Cesio).**

- Página Nº 7 del Pliego de prescripciones técnicas, apartado *g) Detectores*, en la referencia undécima dentro de este apartado, se cambia la redacción del mismo, quedando de la siguiente manera:
 - **DQE (Eficiencia detección Cuántica) a dosis de 2,1 µGy Calidad del Haz RQA5 min 0 pl/mm mayor o igual al 75%, permitiéndose un rango de 73% (si la matriz de pixeles es igual o superior a 3000x3000)**

Dadas que las modificaciones señaladas afectan a las características del equipo a suministrar, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo día 29 de octubre de 2025.

Jefe Negociado Contrataciones

D./D^a Sergio González Roca